

11 ottobre 2023

Chiarimenti richiesti, per PROCEDURA A LOTTI PER ACQUISIZIONE PREVENTIVI, pubblicata in data 6 ottobre 2023:

1. certificazioni di qualità sono gradite, ma non vincolanti alla partecipazione.
2. dispositivi devono avere “almeno” classe 1
3. dimensioni dei letti indicate sono ovviamente da considerarsi misure di massima e quindi indicative.
4. il sistema di bloccaggio ruote è su ogni singola ruota e non a 2 a 2
5. “DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) 2017/745”: ovviamente la direttiva precedente che è ancora in vigore resta valida.